



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO:
Codigo: SAC-MAN-PP-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/09/19
Página: 1 de 2

Fecha: Remisión: Añor: Mantenimiento: No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: NN-3022B Fecha Inicio: 12/09/2012 D/S Fecha Fin: 12/09/2012 12:21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, BARRA, CLASE BARRA, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: 8, Manguera 57 Cm, 7, X, No.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FULCRIMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, MANT, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 1835, 6.0, 94.1, 5, 7h30, Buena, X, Mnto Preventivo.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: 1. Estado Ptz 5.5 V (SV), 2. Prueba de Fugas (OK), 3. Conexión eléctrica (OK), 4. Conexión electrónica (OK), 5. Prueba de alarma (Fuerte).

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: 1. Fuga + 0 (ES), 2. Fuga Manera (LO), 3. Desconexión eléctrica (OK), 4. Desconexión tarjeta de fuga (OK), 5. Aplicación de válvula de aire (OK).

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FULCRIMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, MANT, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO.