



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
ORD-MAN-FR-02  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 04/08/2016  
Página 1 de 2

Fecha Recepción: \_\_\_\_\_ Hamilton # \_\_\_\_\_ Área: Mantenimiento No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NN-3863B** Fecha Inicio: **13/09/2022 10:51** Fecha Fin: **13/09/2022 12:26**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTA	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR FUENTE

En Mantenimiento	COORDINADO	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Flujo (SI/NO)	"Flujo + F" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	RUEDAS (SI/NO)		
1608	65943	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mnto Preventivo
1. DILADO		Tiempo de la prueba		1h 30		Genero Alarma		SI	X	SI	Cual?			
2. RUEDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Buenas					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	X	Con Subreemplazamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Examen Pila S.S.V	Verifico voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifico conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifico sonido si es agudo o fuerte	OK Fuerte
6	Otro		
7	Otro		
Descripción del Magnético Identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Fugitivo)	Se verifico activación de alarmas (LI - LI - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifico activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + S.LI-LE)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Audición de salida de pila	Distorsión manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento	COORDINADO	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Flujo (SI/NO)	"Flujo + F" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	RUEDAS (SI/NO)		
1608	64949	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO