ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MANTTO-005
Versión: 1 | Fecha Actualización: 02/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-2156 | Fecha Inicio: 14/09/2022 8:32 | Fecha Fin: 14/09/2022 10:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Nº REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
	X		Manguera 57 cm	7		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: Limpieza de compresor, mantenimiento

ANTES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-11 Psi)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo = 0" (LED)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-MS)	BARRA (5l-MS)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	12839	6.1	80.9	5l	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mnto Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 1 h 30 | Gestión Alarma: No [X] Si [ ] | Cual? 60
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E5)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L3-E5)	L0
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

DESPUES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-11 Psi)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo = 0" (LED)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-MS)	BARRA (5l-MS)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	12896	6.6	94.7	5l	5l	5l	E5	5l	5l	5l	NO	5l	5l	

FIRMA MANTENIMIENTO: