OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-PR-006
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3312B | Fecha Inicio: 14/09/2022 8:12 | Fecha Fin: 14/09/2022 9:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
	X		Filtro interno (desgaste)	1		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

ANTES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-4m)	Pila (El-4m)	"Flujo x 0" (LO-E5)	REJILLAS (El-4m)	FILTROS (El-4m)	BASE (El-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MD)	MANGA (El - MD)	RUEDAS (El-4m)	OBSERVACIONES
	21454	6.0	93.1	5l	5l	5l	E5	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 1h 30 | Genero Alarma: No [X] Si [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] Con Sobrecalentamiento [ ]

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónicas	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES POSTERIORES AL MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo > 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-L0-E5)	L0
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-4m)	Pila (El-4m)	"Flujo x 0" (LO-E5)	REJILLAS (El-4m)	FILTROS (El-4m)	BASE (El-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MD)	MANGA (El - MD)	RUEDAS (El-4m)	OBSERVACIONES
	21456	6.0	92.9	5l	5l	5l	E5	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

FIRMA MANTENIMIENTO: