OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC-MAN-FR-009
Versión: 1
Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	7P55E20190701 36	Fecha Inicio	14/09/2022 10:11	Fecha Fin	14/09/2022 11:48

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

EVENTOS REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 96%)	FLUJÓMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - MD)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	999	6.8	95.6	5l	5l	5l	LO	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1h 30	Genera Alarma	No.	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No.	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento							

INDICADORES DE FALLAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del Magnético identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 2 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tanque de flujo	Desconexión línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 96%)	FLUJÓMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - MD)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	1001	6.8	95.7	5l	5l	5l	LO	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

FIRMA MANTENIMIENTO: