OXIPTO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-006
Versión 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	23-9-22	Remisión #	168753	Auxiliar Mantenimiento	M Patiño	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1098B	Fecha Inicio	24-9-22	Fecha Fin	26-9-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LABOR DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Pts)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LEVEL)	SEJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANILA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	10696.7	8.0	0		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	S	S	MHC

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	F	Genera Alarma	No	X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	concentración baja se hace mtto compresor y se cambia tamice

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica mitaje de la pila	Fuerte
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	tamices	2			
	filtro de aire	1			

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	Fuerte
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y JLL-L0-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Pts)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LEVEL)	SEJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANILA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	10630.6	29.5	5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	S	Aprobado

TERMA MANTENIMIENTO: Manuel Patiño