ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

Fecha Remisión	23-9-22	Remisión #	168753	Auxiliar Mantenimiento	Mateo

Código	FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Codigo Equipo: NN-1721B

No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Fecha Inicio: 26/9-22 Fecha Fin: 28-9-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo x 0" (LU-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 14l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 14l)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	20589	62	93	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MHO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2h — Generó Alarma: No / Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X]

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ]

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [ ] Sin Sobrecalentamiento [SI]

VERIFICACION

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit de Manguera	4			

PARAMETROS DE SALIDA

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluidmetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir mangueras de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo x 0" (LU-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 14l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 14l)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	20596	62	90	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Botero