



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: 040-0004-FR-008
 Fecha Actualización: 05/06/2018
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: 27-9-71
 Asesor Mantenimiento: M. Galano
 No. Orden: _____

Identificación del Equipo
 Código Equipo: 12M210719373
 Fecha Inicio: 27-9-71
 Fecha Fin: 27-9-71

Equipo Contaminado por posible Placa
 SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	BAÑO	CLAMOR BAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPORTE	REPARADO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FALANTE

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESION	OXIGENO	FLUORIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	RELLANOS	FILTROS	BASE	BASE			
344	456	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MHO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		BUENO												
7. CONTROL DE TEMPERATURA		SI												
8. Con Sobrecalentamiento														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o tenue	SI
6	Otras:		
7	Otras:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - EX)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED Amarillo y (L1-L2-EX))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Distorsión manómetro de salida de aire de compresor	SI
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESION	OXIGENO	FLUORIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	RELLANOS	FILTROS	BASE	BASE			
350	4935	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Firma]*