ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-009
Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2015
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 23-9-22 | Remisión #: 164096 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1153B | Fecha Inicio: 27-9-22 | Fecha Fin: 27-9-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO ORIGINADO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANTES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Psi)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l/Min)	RUIDOS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	06	60	92	92	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MAIO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2:00 | Genero Alarma: No: X | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas: X | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: X | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: equipo presenta falla en 1, se cambia manguera 5mm

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: SI | Con Entrecalentamiento:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del elegmentico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	manguera 5mm	1			
	filtro activo	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Nublmetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja + LED amarilla y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tensión de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Psi)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l/Min)	RUIDOS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	06	60	93	95	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino