



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: SAC-MNT-PP-028  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 05/08/2019  
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 30-9-22 Remisión #: 109281 Analista Mantenimiento: M. Patino No. Orden:

Código Equipo: NN-1648B Fecha Inicio: 30-9-22 Fecha Fin: 30-9-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPOSTA CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MANS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				0400 (SI-NO)	0401 (SI-NO)	0402 (SI-NO)		
1625	095	5	5	5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MATO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2h.		Sound Alarma		No	X	SI	Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	>	Móvil	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Móvil	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buenos					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Curi Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Filtro de aire	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L3 - E3)	OK
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E3))	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Disturbio manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MANS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				0400 (SI-NO)	0401 (SI-NO)	0402 (SI-NO)		
162661955	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO: Mariana Patino															