ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-006
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
5/4/23	62664	Santiago Moreno	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	Fecha Inicio	Hora Inicio Labor	Fecha Fin
NN-4E33	5/4/23		5/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LO-65)	RIELILLAS (5l - Hrs)	FILTROS (5l - Hrs)	BASE (5l - Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - HO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (5l - HO)	RUEDAS (5l-Hrs)	OBSERVACIONES
	29623	63	93	5	1	5								Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	Si		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	X Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento					

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA ALARMA	1 1			

LABORES REALIZADAS

PROCESOS APLICADOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - 85)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-85)	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión lacteia de flujo	Desconecta línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LO-65)	RIELILLAS (5l - Hrs)	FILTROS (5l - Hrs)	BASE (5l - Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - HO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (5l - HO)	RUEDAS (5l-Hrs)	OBSERVACIONES
29626	62	95	5	5	5	5	E5	5	5	5	5	5	5	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: