ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Pagina 1 de 2	

Fecha Remisión: 5/4/23 | Remisión #: 1E3CE5 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Murino | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-15788 | Fecha Inicio: 5/4/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 5/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LLAS)	REJILLAS (5 Hz)	FILTROS (5 Hz)	BASE (5 Hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5 - 5/2)	CODIGO DE BARRAS: MANGUL (5 - 5/2)	RUEDAS (5 Hz)	OBSERVACIONES
	28147	6.4	94.1	5	>1	>1	E5	51	>1	>1	>1	>1	>1	NO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genero Alarma: X No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: X Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO FALLA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	AGUDO
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LLAS)	REJILLAS (5 Hz)	FILTROS (5 Hz)	BASE (5 Hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5 - 5/2)	CODIGO DE BARRAS: MANGUL (5 - 5/2)	RUEDAS (5 Hz)	OBSERVACIONES
	28150	6	95	5	5	5	E5	1	1	1	1	1	1	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: