ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 4/5/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1023 | Fecha Inicio: 4/5/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 10/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5 Lts)	FILTROS (5 Lts)	BASE (5 Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
	14E46693	9	51	5	5	5	ES	5	5	5	2	2	2	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No [X]	Si [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [ ] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Manguera entrada valvula salida						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO CALEF

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.6. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

ORDENES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 5 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5 Lts)	FILTROS (5 Lts)	BASE (5 Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
1	14E	6-293	5	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: