ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código	DAO-MAN-FR-039
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 3

Fecha Remisión: 29/3/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-906 B | Fecha Inicio: 29/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 11/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI: | NO: X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO:** | **FECHA FIN AISLAMIENTO:**

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO

DETALLE ANECDÓTICO DAÑOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXÍGENO (20% - 95%)	FLUJÓMETRO (0-4lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI/NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (OK/NO)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	14721	6.3	94.5	5 L	SI	SI	Er	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Desact. Alarma: SI: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI: | NO: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 80% Mantenimiento compresor

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: SI | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.6 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de la alarma	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Filtro interno	2			
	Anillos	2			
	Tamices	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clame flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - BB)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LS-BB)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Disatisfactoriamente de alivio de aire se comprueba	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXÍGENO (20% - 95%)	FLUJÓMETRO (0-4lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI/NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (OK/NO)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	14726	7	95	5 L	SI	SI	Er	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

PARA MANTENIMIENTO