ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 03/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno. | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-8758 | Fecha Inicio: 03/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 4/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: | NO: | **FECHA INICIO AISLAMIENTO:** | **FECHA FIN AISLAMIENTO:**

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LISTA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In. Y PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si - No)	Pila (Si - No)	"Flujo + 5" (LED)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	BANDA (Si - NO)	RUEDAS (Si - No)	OBSERVACIONES
18002	6.3	92.2	SI	SI	Si	Si	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 88.7. Ajuste tapa vidrio

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNÓSTICO FALLA

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Filtro Interno Tomicos	1			
		2			

CAMBIOS REALIZADOS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
-	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
4	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In. Y PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si - No)	Pila (Si - No)	"Flujo + 5" (LED)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	BANDA (Si - NO)	RUEDAS (Si - No)	OBSERVACIONES
18043	6.3	94.5	Sp	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: