ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAO-AMA-FR-005
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/12/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	11/4/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Merane	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1501B	Fecha Inicio	11/4/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	11/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO

DIAGNOSTICO EN SITIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5-4Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	10371	6.4	92.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	N	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	88.1 Mantenimiento compresor Anillos						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO FALLA

SET DE Pruebas

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	ES
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		
	Descripcion del diagnóstico identificado		

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Mangas Anillos	2		Display Tarjetas	1
		2			1

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación las alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5-4Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	10371+83	9.5	5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	S	Activado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago