ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-005
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 10/4/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mateo | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-2412 B | Fecha Inicio: 10/4/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 13/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 5" (LO-ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	14735	6.6	91.5	5l	Cl	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Cl y Alarma amarilla

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

ACT DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. U	Verifica voltaje de la pila	BV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apagado o fuente	OK/O
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Anillos FAMICES	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 5 (Clarke flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 5" (LO-ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	14743	6.3	95.3	5l	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Mateo