ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GRO-MAN-FR-005
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12/4/23 | Remisión #: 183360 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Marmo | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-2894 B | Fecha Inicio: 12/4/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 13/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: RANURA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
														MTO
	16[illegible]6.3	7.2		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: A | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: X | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Ch.6 Alarma amarilla

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	tamices	2			

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotametro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	E3
2	Pluja Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LB-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	CLE
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: RANURA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	16867	6.7		Si	Si	Si	E1	X	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]