



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SIC-004-PS-005  
Versión 2 Fecha Actualización: 17/03/2015  
Página 1 de 2

Fecha: 14-4-23, Borrador: 18372, Acción Mantenimiento: Santiago Murua, No. Orden: [ ]

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-818 D, Fecha Inicio: 14-4-23, Hora Inicio Labor: [ ], Fecha Fin: 17/04/23

Equipo contaminado por posible plaga: SI [ ], NO [X], Fecha Inicio Aislamiento: [ ], Fecha Fin Aislamiento: [ ]

Table with columns: FALLA, BARRIO, CLASE BARRIO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, FECHA FIN AISLAMIENTO, REPUESTO CAMBIADO (SI/NO).

DETALLE DE ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Form with sections: 1. CILINDRO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 5. DATOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten 'Buena' and 'SI'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes handwritten results like '5V', 'OK', 'OK', 'OK', 'Ayuda'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD. Includes handwritten 'Anillos', '2'.

PRUEBAS DE ALARMA EN LOS CONCENTRADORES DE LAS LABORATORIALES

Table with columns: No., Prueba / Situación, Descripción, Resultado. Includes handwritten results like 'ES', 'OK', 'OK', 'OK'.

PRUEBAS DE ALARMA EN LOS CONCENTRADORES DE LAS LABORATORIALES

Form with sections: 1. CILINDRO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 5. DATOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten 'Aprobado' and signature.