



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: SAC-MAL-FR-008  
Versión: 3 Fecha Actualización: 15/02/2019  
Página 1 de 2

Fecha Orden: 5/4/23 Remitente: 183085 Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: NN-102913 Fecha Inicio: 5/4/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 10/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ES REPORTE, REPUESTO/CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

AREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: 'MTO', 'Manguera Resultado', 'Ateridos', 'Ventiladores', '6 conex', '7. CONTROL DE TEMPERATURA'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for voltage, connections, and alarm.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: 'Ventiladores 2'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm simulation and LED indicators.

Table with columns: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: 'Aprobado', 'Santiago Moreno'.