ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-020
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Revisión: 18104123 | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Marcos | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: UNc 1944 B | Fecha Inicio: 18104123 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 19/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-No)	FILTROS (5l-No)	BASE (5l-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (01-NO)	MANGA (5l-NO)	RUEDAS (5l-No)	OBSERVACIONES
	12362	6.7	925	52	SI	SI	EO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MAO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: [X] SI [ ] | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 86%

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [Si] Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.6. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apagado o fuerte	OK Apagado
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA	1			
	ANILLOS	2			

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta fuse eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

SALIDA MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-No)	Pila (5l-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-No)	FILTROS (5l-No)	BASE (5l-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (01-NO)	MANGA (5l-NO)	RUEDAS (5l-No)	OBSERVACIONES
	12368	6.3	92	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: