ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión 7	Fecha Actualización: 17/10/2016
	Página 1 de 3

Fecha Remisión: 19/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 7F5SEZ0M07000A | Fecha Inicio: 19/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 19/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

EQUIPO ENCENDIDO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5-9Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-1Lt)	Pila (5-9Lt)	"Flujo a 0" (LO-03)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
3801	66	952	21	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTC

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: [X] SI [ ] | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Rotas [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno SI | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	AGUDO
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FINALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - CO)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED Amarillo y (LL-LO-03)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

EQUIPO APAGADO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5-9Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-1Lt)	Pila (5-9Lt)	"Flujo a 0" (LO-03)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
3805	6495	21	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Moreno