ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MANTR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 21/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Muñoz | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4150 | Fecha Inicio: 21/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 21/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (3.5-4.5)	REJILLAS (5l - No)	FILTROS (5l - No)	BASE (5l - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (5l - NO)	RUEDAS (5l-No)	OBSERVACIONES
	9101	69	94.1	5l	5l	5l	ES	31	31	31	31	31	31	M+O

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: No [X] | Si [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [✓] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 5l | Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO FALLA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TORNILLO	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tapoa de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (3.5-4.5)	REJILLAS (5l - No)	FILTROS (5l - No)	BASE (5l - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (5l - NO)	RUEDAS (5l-No)	OBSERVACIONES
	3	6,9	99.5	5l	5l	5l	ES	31	31	31	31	31	31	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]