ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAO-MAN-FR-008
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2015
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: 21/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NV-3759 | Fecha Inicio: 21/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 21/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (89% - 96%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LI-LD)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (SI - NO)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
91967	94		5l	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 5 (Cierre fujometro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LD - ES)	Es
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LD-ES)	Ok
3	Desconexion eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (89% - 96%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LI-LD)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (SI - NO)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
92100	64	93	5l	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Moreno