ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-026
Versión: 3	Fecha Actualización: 17-12-2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 26/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mora | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: SN0145980 | Fecha Inicio: 26/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb / PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - lts)	FILTROS (5 - lts)	BASE (5 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - lts)	RUEDAS (5 lts)	OBSERVACIONES
	03694	65	91	5	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: No | Si | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

LISTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

CAMBIOS REALIZADOS

PRUEBAS E INSPECCIONES PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED) Roja o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión botella de Flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb / PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - lts)	FILTROS (5 - lts)	BASE (5 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - lts)	RUEDAS (5 lts)	OBSERVACIONES
	03694	63	94.5	5										Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: