ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	DAD-MAN-FR-026
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 27/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mateus | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1490 | Fecha Inicio: 27/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 27/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LS-ES)	REJILLAS (5l-Max)	FILTROS (5l-Max)	BASE (5l-Max)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CODIGO DE BARRAS: MANILA (5l - MD)	RUEDAS (5l-Max)	OBSERVACIONES
20309	64	95	5	1	S	S	E	S	S	S	S	S	S	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: X | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: S | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER — SETUP PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	S
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	S
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	S Ajuste
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS — PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 2 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LA - LO - ES)	E S
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LA-LO-ES)	E S
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	C S
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	C S
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	C S
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LS-ES)	REJILLAS (5l-Max)	FILTROS (5l-Max)	BASE (5l-Max)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CODIGO DE BARRAS: MANILA (5l - MD)	RUEDAS (5l-Max)	OBSERVACIONES
20	312	65	95	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Mateus