

		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FOLIO: 001 Código: GAD-MAN-FR-005 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2019 Página: 1 de 2		
Fecha Remisión	1-08-23	Remisión #	141880	Auditor Mantenimiento	Juan Diego Benjumea		No. Orden	
IDENTIFICACION DEL EQUIPO								
Código Equipo	NN-4559B		Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA			SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALTA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION			CANTIDAD	SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
DETALLE DE ADICIONALES DADOS POR FUENTE								

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSOSNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS		RUECAS	OBSERVACIONES
	Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUECAS	mto				
	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO					
23271	6.6	95.8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI		Con Sobrecalentamiento		NO			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	CABLE DE PODCA	1			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			
	MANGERA TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo y LED amarillo) (LL-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión ligera de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Operar mangarota de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSOSNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS		RUECAS	OBSERVACIONES
	Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUECAS	Aprobado				
	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO					
23274	6.1	94.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
FIN DE MANTENIMIENTO														