



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-AM-PR-005  
Versión 3 Fecha Actualización: 11/10/2016  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 1-08-23 Remisión #: 191791 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benavente No. Orden:

Código Equipo: NN-3374B Fecha Inicio: 01-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 01-08-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'VALOR', 'UNIDAD', 'DESCRIPCIÓN', 'CANTIDAD', 'SI', 'NO'.

Table with columns: En Mantenimiento (MONTOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a B), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 2057265950, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, MTO.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests: Estado Pila S.S.V., Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma, etc. Results: OK, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: Descripción del diagnóstico identificado. Includes a table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Situación, Descripción, Resultado. Includes tests: Flujo a 0 (Cierre Submarino), Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, etc. Results: ES, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: En Mantenimiento (MONTOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 2057363943, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, Aprobado, and a signature.