

Fecha Remisión: 02/08/23 Remisión a: 191984 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benumea No. Orden:

Identificación del Equipo
 Código Equipo: NV-9760 Fecha Inicio: 02-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 02-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
YELCO	OSAR	CLASIF. SANE	SUBSCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PIA	"Flujo a 0"				BASE	BARRA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	1057	6,3	94,5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	M/O
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cuel?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Truano	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		no			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del desperfecto identificado: Pila

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Base	1		Filtro Interno	1
	Mangueras Tomates a Tomate de Oz.	2		Tomifer.	2
				Cable de Poder.	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Submarino)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LP-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de Red	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obstruir trinquete de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PIA	"Flujo a 0"				BASE	BARRA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	16099	6,1	94,5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>[Firma]</i>