



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OADM-MN-PR-02
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remate: 07-08-23 Remate # 181984 Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea No. Orden

Identificación del Equipo: Código Equipo FFSMY202003000013V Fecha Inicio 02-08-23 Hora Inicio Labor 1 Fecha Fin 09-08-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'SISTEMA DE SEGURIDAD OPERADOR DE SERVIDOR' with columns for 'FALLA', 'DAÑO', 'CAUSAS', 'DESCRIPCION', 'CANTIDAD', 'SI REPORTA', 'REPARATO CAMBIADO'.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Descripción, Pila, Fuga a F), RELAJAS, FLETROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 9037, 6.7, 95.3, Si, Si, Si, ES, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for: Estado Pila S.S.V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma, Otros.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for: Fuga a F (Cierre Regulador), Fuga Manera, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio, Otros.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, RELAJAS, FLETROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 9038, 65, 95, Si, Si, Si, ES, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si.

Aprobado

Handwritten signature