

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO GAD-MAH-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/03/2018 Página 1 de 2	
Fecha Remisión	02/08/23	Remisión #	191984	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Bermea		No. Orden
IDENTIFICACION DEL EQUIPO							
Código Equipo	NU-4527B	Fecha Inicio	02/08/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	02-08-23
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
VALOR		CLASIFICACION		CANTIDAD		REPEREJO CAMBIADO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
DETALLES ADICIONALES Y OTRAS NOTAS							

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	BASE	BASE		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	21582	6.9	94.7	SI	SI	NO	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		NO				

No.	Prueba	Descripción	Resultado		
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK		
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI		
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI		
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI		
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI		
6	Otros:				
7	Otros:				
Descripción del diagnóstico identificado:					

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera analizador al tanque de O2.	1			
	Pila	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E1)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obtención ruidos de escape de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	BASE	BASE		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
21585	6.2	94.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
FIRMA MANTENIMIENTO															