ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	02-08-23	Remisión #	191984	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Berjumea	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3724B	Fecha Inicio	02-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	02-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERACION DE MANUFACTURA

FALLA	GRAVE	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO DAÑADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR TECNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	BARE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 90)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 90)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
	28184.67	944	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	No

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGUERA TANQUE OXIGENO	1			
	MANGUERA TAMIZES	2			
	FILTRO de AIRE INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo = LED amarillo y (LL-LS-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	BARE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 90)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 90)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
	28246.66	92.9	5.	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO