



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAC-MAN-FR-003
Version	2
Fecha Actualización: 17/10/2018	
Página 1 de 2	

Fecha Recepción: 03-08-23 Remisión #: 192073 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: _____

Código Equipo: NN-1027B Fecha Inicio: 03-08-23 Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: 03-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASC	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 5"				BARRA	BARRA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
282216-6	95-5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Comand Alarma		No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mali	
5. DATOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI		Con Sobrecalentamiento		NO		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PROTECTOR DISPIEX	1			
	PILA	1			
	TARJETA FIUJO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila = 0 (Cierre fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - E5)	ES
2	Fuga Maestra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L3-E5))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de arranque	Obtener triangulo de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASC	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 5"				BARRA	BARRA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
282266	94-6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado	
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>[Signature]</i>