



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SMO-SMO-PR-005
Version: 2
Fecha Actualización: 11/10/2019
Página: 1 de 2

Fecha Realización: 03-08-23 Remisión #: 192073 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Codigo Equipo: 11149778 Fecha Inicio: 03-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 03-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: ALARMA, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI NEGATIVO, SI POSITIVO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES EN DATOS POR FACENTE'.

DETALLES ADICIONALES EN DATOS POR FACENTE

Form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten 'mto' and 'Bueno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila S.S.V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo = 0 (Cierre Subterráneo)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica'.

Form with columns: HORÓMETRO, PRESION, Caudal, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, Ruedas, CODIGO DE BARRAS, Ruedas. Includes handwritten 'Aprobado' and a signature.