ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAC-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	02-08-23	Remisión #	191984	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Venjomea	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	N259B	Fecha Inicio	02-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	03-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

NOVEDADES ENCONTRADAS EN EL EQUIPO

FALLA	DAÑO	ACCESORIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

NOVEDADES ADICIONALES DADAS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4o)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El - No)	FILTROS (El - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (El-No)	OBSERVACIONES
	25426	5	94-8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	No	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4o)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El - No)	FILTROS (El - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (El-No)	OBSERVACIONES
	2544	6	96	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO