ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: DAD-MAN-FR-009
Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 03-08-23 | Remisión #: 192073 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

Código Equipo: NN-4157B | Fecha Inicio: 03-08-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 03-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EQUIPO SI/NO	REF. EQUIPO	CAMBIADO
			Filtro externo central	1			No
			Filtro externo lateral	2			No
							No
							No
							No
							No

DETALLE EQUIPO QUE ORIGINO CONTAGIO:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30-36s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (30-36s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (1.0-4.0)	EQUILLAS (30-36s)	FILTROS (30-36s)	BUJES (30-36s)	CODIGO DE BARRAS: CHEF (30-36s)	CODIGO DE BARRAS: MANUEL (30-36s)	RUEDAS (0-4s)	OBSERVACIONES
	14531	6,2	93,5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	ORTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Detect Alarma: No X Si

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Pureza baja a 89%

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Si | Con Sistema de Refrigeración: no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V		OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica ausencia fisica de fugas	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de las alarmas	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1		Kit manguera tanque oxigeno	1
	Tamices	2		Kit manguera a tamices	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma de flujo	Es
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma alta flujo	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Funcionamiento linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Observar reemplazo de válvula de alivio	Si
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30-36s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (30-36s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (1.0-4.0)	EQUILLAS (30-36s)	FILTROS (30-36s)	BUJES (30-36s)	CODIGO DE BARRAS: CHEF (30-36s)	CODIGO DE BARRAS: MANUEL (30-36s)	RUEDAS (0-4s)	OBSERVACIONES
	14536	6,4	96-3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Xulla