

Fecha Remisión 02-08-23 **Revisión a** 191984 **Auxiliar Mantenimiento** Juan Diego Benjumea **No. Orden**

Identificación del Equipo
Código Equipo NN-4801B **Fecha Inicio** 02-08-23 **Para Inicio Labor** **Fecha Fin** 04-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PLAGA	PLAGA				

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OSÍMERO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS				BARRAS	BARRA			BARRA
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)										
	2350764	930	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No	X	SI	Cual?									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		Pureza baja a 87%																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		no								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

COODGO	DESCRIPCION	CANT	COODGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TAMICES	2		Tamices	2
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - EL)	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-EL)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de flujo	Obstruir manguera de salida de aire de conexión	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OSÍMERO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS				BARRAS	BARRA			BARRA
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)										
	2351264	930	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado	
FIRMA MANTENIMIENTO																		