OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GADMAN-FR-203
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión	05-08-23	Remisión #	192251	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea
No. Orden					
Código Equipo	NN-14326	Fecha Inicio	05-08-23	Fecha Fin	08-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

Hr. Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
		(4 - 7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)					BASE	MANIJA		
24430		6,4	96	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. SONIDO — Tiempo de la prueba — Genera Alarma: No X

2. RUIDO EXTRAÑO: Si / No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X / Malo — 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno X / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — CONTROL DE TEMPERATURA: Si — No

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V		ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica correcto desarrollo del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica		Si
5	Prueba de alarma	Se verifica correcto el sonido o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma	Es
2	Flujo Máximo		Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo		Si
5	Activación de válvula de alivio		Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Hr. Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
		(4 - 7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)				BASE	MANIJA	(Si-No)	
24431		6,1	92,1	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [firma]