OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAD-MAN-FR-005
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	05-08-23	Remisión #	192251	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Beaumea	No. Orden	

Código Equipo	NN-2450	Fecha Inicio	05-08-23	Fecha Fin	08-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

Horas en Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)			(Si-No)	
	14450	6,3	95,9	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No	X	Si	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Si	Con Rotación de componentes	no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V		ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica		Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma del equipo	Si
6	Otros:		Si
7	Otros:		Si

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Targeta de Flujo	1		Kit manguera tanque oxígeno	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma	Es
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconectar línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida en vía de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Horas en Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)			(Si-No)	Aprobado
	14452	6	91,4	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: [firma]