

Fecha Remisión: **05-08-23** Remisión #: **192251** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden: _____

Identificación del Equipo:
Codigo Equipo: **MN-3892B** Fecha Inicio: **05-08-23** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: **08-08-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
TUBERIAS (TRANS. / RECAMBIADO)	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	RESPUESTA OBTENIDA	
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)		"Flujo a F" (SI/NO)		REGILLAS	FILTROS				BASE
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)
	12015	6.2	95A	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		No	X	SI	Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		No			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.
	Kit manguera a tanque Oxigeno				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fugaválvula)	Se verifica activador de alarmas (LL - LI - ES)	ES
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (LL-LI-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Achicador de válvula de alivio	Ocluir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)		"Flujo a F" (SI/NO)		REGILLAS	FILTROS				BASE
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)
	120176	6.1	92.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO	
FIRMA MANTENIMIENTO												<i>[Firma]</i>		