OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Llamado	05-0823	Remisión #	192251	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Código Equipo	NN-49803	Fecha Inicio	05-08-23			Fecha Fin	09-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CAMBIO DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EN STOCK			
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLE CAMBIO DE ACCESORIOS

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO (%rH)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (SLPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	LUCES	BOCINA	M	CODIGO DE BARRAS: BASE	BARRA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	0396	6.4	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Sonido Alarma: No X

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — CONEXION DE TEMPERATURA: Suelta: Si — Con Recubrimiento: no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V		OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible]	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones [illegible]	Si
4	Conexión electrónica	Se verifica [illegible]	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido [illegible]	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica [illegible]	Si
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	Si
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	Si
6	Otros:		
8	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO (%rH)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (SLPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	LUCES	BOCINA	M	CODIGO DE BARRAS: BASE	BARRA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	400	6	94.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	8	Aprobado

FIRMA RESPONSABLE: [signature]