OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Página 1 de 2

Fecha Remisión	05-0823	Remisión #	192251	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-4415 B	Fecha Inicio	05-08-23	Fecha Fin	09-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA			DESCRIPCION			REPUESTO CAMBIADO	
							No
							No
							No
							No
							No
							No
							No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0				CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)		(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)			(Si-No)	
	12140	15 6.5	95.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1.	Tiempo de la prueba			X	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Si		No

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V		ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión [illegible]	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican [illegible]	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido [illegible]	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma [illegible]	Si
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	Si
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)							(Si-No)	
	12149	6,2	94,9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]