



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 3

Fecha Recepción: 09-08-23 Servicio # 792468 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN 28653 Fecha Inicio: 09-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 10-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, NO, SI, NO

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR FUGAS:

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, CORRIENTE, FLUJO METRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'mto'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entries like 'FILTRO TITANO', 'MANGERA TAMIZES', 'MANGERA TANQUE OXIGENO'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Fuga = 0 (Carga Regulada)', 'Fuga Máxima', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de Ruido', 'Activación de válvula de salida'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, CORRIENTE, FLUJO METRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Aprobado' signature.