

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO	
		Código: 042-MAN-FR-005		Versión: 3		Fecha Actualización: 11/10/2019	
		Página: 1 de 2					
Fecha Emisión:	05-08-23	Remisión #:	192251	Auxiliar Mantenimiento:	Jan Diego Benjumea		No. Orden:
IDENTIFICACION DEL EQUIPO							
Código Equipo:	NN-4525B	Fecha Inicio:	05-08-23	Hora Inicio Labor:		Fecha Fin:	10-08-23
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
CANTIDAD		DESCRIPCION		CANTIDAD		NO. REPORTES	
						SI	
						NO	
						SI	
						NO	
						SI	
						NO	
						SI	
						NO	
						SI	
						NO	
CONTABILIZACIÓN DE OPORTUNIDAD POR PAGAR							

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión		Flujo a 0"		BUJÍAS	FILTROS	BASE				BASE	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
	79	6.4	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		No	X	SI	Cual?							
3. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	Y	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mal:		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
6	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
8	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cerrar Reguladores)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma alta y sensor (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E1))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de flujo	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión		Flujo a 0"		BUJÍAS	FILTROS	BASE				BASE	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
	83	6	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado		
													FIRMA MANTENIMIENTO			