



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MAN-FR-028
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 09-08-23 Revisión: 192468 Asesor Mantenimiento: Juan Diego Benavides No. Orden:

Código Equipo: NN-3929 Fecha Inicio: 09-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 10-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination and isolation dates.

OTROS DATOS ADICIONALES O DATOS POR FAULTS

Main maintenance form with sections: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, DISEÑO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (mto). Includes checkboxes for 1. CICLADO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results like 'OK', 'SI', 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Entry: Kit manguera a tanque oxigeno 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre Regulador)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

Final maintenance form with sections: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, DISEÑO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Aprobado). Includes a signature line for 'FIN DE MANTENIMIENTO'.