



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OAD-MAM-FR-003
Versión: 3
Fecha Actualización: 13/02/2019
Página: 1 de 3

Fecha Revisión: 09-08-23 Remolque #: 192468 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del equipo
Código Equipo: NH-912 B Fecha Inicio: 09-08-23 Fecha Inicio Labor: Fecha Fin: 10-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA' with 'SI' and 'NO' columns.

En Mantenimiento: HUBÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOUÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUBILLAS, FLETRON, BUSE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 000066953, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, Bueno, Si, no.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Estado Pila S.S.V. (Verificar voltaje de la pila) - Resultado: OK; 2. Prueba de Fugas (Se verifica conexión neumática del equipo) - Resultado: SI; 3. Conexión eléctrica (Se verifican las conexiones eléctricas del equipo) - Resultado: SI; 4. Conexión eléctrica (Se verifican las conexiones eléctricas del equipo) - Resultado: SI; 5. Prueba de alarma (Se verifica sonido si es agudo o bajo) - Resultado: SI; 6. Otros; 7. Otros.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Rows include: 1. Tarjetas (2); 2. TARJETA PRINCIPAL (1); 3. TARJETA FOTO (1).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Fuga # 0 (Cama fugas) (Se verifica activación de alarma (L1, L2, L3)) - Resultado: ES; 2. Fuga Maxima (Se verifica activación de alarma visual y sonora / SP-Fluxo / (27) amarillo y (11-12-03)) - Resultado: SI; 3. Desconexión eléctrica (Activación alarma visual) - Resultado: SI; 4. Desconexión tarjeta de fuga (Desconexión línea principal) - Resultado: SI; 5. Activación de válvula de alivio (Operar mangonera de alivio / (11-12-03)) - Resultado: SI; 6. Otros; 7. Otros; 8. Otros.

En Mantenimiento: HUBÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOUÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUBILLAS, FLETRON, BUSE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 02, 6, 4, 9, 5, 1, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, Aprobado.