ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAO-MAN-FR-009
Version: 3	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	05-08-23	Remisión #	192251	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Bonjurmea	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	JN-445413	Fecha Inicio	05-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	10-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTREGA ELEMENTOS EMPACADOS EN EL SERVICIO

FACTURA	DANO	SE ABASTECIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	KG. RETIRADOS	REQUIERE CANTIDAD	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	

DETALLES ADICIONALES DE RECIBO DE PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (94% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES)	REJILLAS (5V-Hz)	FILTROS (5V-Hz)	BASE (5V-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1 - M3)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (S1 - M3)	RUEDAS (5 Hz)	OBSERVACIONES
	10716.6	950	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No	X	Si		Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con fluctuaciones en el	NO			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	2		BANDEJA DE PRESION	1
	MANGA A TAMIZES	2		TARJETA FLUJO	1
				FLUJOMETRO	1

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clama flujómetro)	Se verifica activacion de alarmas (LED - LED - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida en aca de concentrador	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (94% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES)	REJILLAS (5V-Hz)	FILTROS (5V-Hz)	BASE (5V-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1 - M3)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (S1 - M3)	RUEDAS (5 Hz)	OBSERVACIONES
	10174.1	95.7	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO