



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MANV-FR-008  
Versión 2  
Fecha Actualización 17/10/2016  
Página 1 de 2

Fecha Revisión 05-08-23 Revisión # 192251 Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea No. Orden

Identificación del equipo  
Codigo Equipo NN-2438B Fecha Inicio 05-08-23 Hora Inicio Labor Fecha Fin 10-08-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'DETALLE DE ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REGULAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '897 6.3 94.2 Si' and 'mfo'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results like 'OK', 'Si', 'Si'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: 'Kit manguera tanque oxigeno 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo a 0 (Corte Regulación)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Adición de válvula de alivio'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REGULAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data and a signature.