



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAD-AMM-FR-028  
Fecha Actualización: 17/11/2015  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 09-08-23 Remisión # 192468 Asesor Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden

Código Equipo: NN-21070 Fecha Inicio: 09-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 10-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO, CANTIDAD, EL REPORTE, RESPUESTA (SI/NO)

OTROS DATOS ADICIONALES DADO POR PACIENTE

En Mantenimiento: HIGIOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO. PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión, Pila, Flujo a P. REJILLAS, FILTROS, MASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. OBSERVACIONES: nfo. 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Estado Pila 0.5 V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma, 6. Otros, 7. Otros.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Rows include: Cable de poder, Kit manguera a largo orig, Filtro aire interno.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Flujo = 0 (Cierre Regulador), 2. Flujo Máximo, 3. Desconexión eléctrica, 4. Desconexión tarjeta de flujo, 5. Activación de válvula de alivio, 6. Otros, 7. Otros, 8. Otros.

En Mantenimiento: HIGIOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO. PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión, Pila, Flujo a P. REJILLAS, FILTROS, MASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. OBSERVACIONES: Aprobado. FIRMA MANTENIMIENTO: [Signature]