



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-008
Versión: 3
Fecha Actualización: 11/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 11-08-23
Revisión #: 192654
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Binimuega
No. Orden:

Identificación del Equipo
Codigo Equipo: NN-3960B
Fecha Inicio Labor: 11-08-23
Fecha Fin: 11-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PLAGA				
DESCRIPCION				
CANTIDAD				
REPORTES				
POPULACION CARRIZOS				

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Disconexión			"Flujo a 0"						
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			
	14535	6,6	94,5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generar Alarma		No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		No				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Suprínval)	Se verifica activación de alarmas SL - LD - ES	ES
2	Fuga Maestro	Se verifica activación de alarma azul y sonora (LED Fuga o LED amarillo y (LL-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obtener muestra de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Disconexión			"Flujo a 0"						
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			
	14536	6,2	93,6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
													FIRMA MANTENIMIENTO	<i>[Firma]</i>